

医療機器学 第90巻 第3号掲載

「知覚・痛覚定量分析装置」
(有田英子・他)

記載内容の一部訂正について

2020年6月1日発行 医療機器学 第90巻 第3号 (p.272～278) に掲載されました「知覚・痛覚定量分析装置」(有田英子・他)におきまして、記載内容の一部に誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきます。

P-273 右段落2行目

誤 痛み指数=100 × log10(CPT/PEC)

正 痛み指数=100 × log10(PEC/CPT)

記載内容に一部誤りがあったために会員および関係者の方々にご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

医療機器学 第90巻 第5号掲載

「ステンレス製のカップに付着した白い汚染物の調査」
(中家聖子・他)

記載内容の一部訂正について

2020年10月1日発行 医療機器学 第90巻 第5号 (p.433～437) に掲載されました「ステンレス製のカップに付着した白い汚染物の調査」(中家聖子・他)におきまして、記載内容の一部に誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきます。

P-437 右段落下から3行目

誤 6) Epidemiology and control of nosocomial infections in adult intensive care units. Am J Med 1991 Sep 16; 91 (3B): 174S-184S

正 6) Bodnar, Z, S Clouser, N Mamalis. 2012. Toxic anterior segment syndrome : Update on the most common causes. J Cataract Refract Surg 38 (11) : 1902-1910

記載内容に一部誤りがあったために会員および関係者の方々にご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。